

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さて、下記理由により弊社が販売致しております「NO.30デントロニクス注射針、NO.32デントロニクス注射針」(販売名:ディスポーザブルニードル)の、JIS改正に伴う一部仕様変更をさせていただきます。

この仕様変更につきまして、ご理解とご協力を賜りたく、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

— 記 —

1、仕様変更(改正JIS対応)の背景

弊社の販売するNO.30デントロニクス注射針及び、NO.32デントロニクス注射針は、その認証基準である「JIS T 3209(滅菌済み注射針)、以下“JIS”と略す」に基づき製造されております。

このJISが2022年度に改正され、従前JISとの差分である


- ・針管サイズ
  - ・針基の色(カラーコード)
  - ・一次包装(個包装)の表示
- について、改正JISへの適合が必要となり、製品仕様の変更をさせていただきます。

規格の対比表


	規格番号	規格名
改正規格	JIS T 3209:2022	滅菌済み注射針
従前規格	JIS T 3209:2011	滅菌済み注射針

2、従前品との変更点

●NO.30デントロニクス注射針

	表示サイズ	針基の色(カラーコーディング)	一次包装(個包装)の表示
変更前	変更なし 0.30×12mm	変更なし  黄色	DISPOSABLE NEEDLE SINGLE USE STERILE・NON-TOXIC・PYROGEN-FREE JAPAN 30G×1/2" 0.30×12mm LOT Y Y M M X X
変更後			DISPOSABLE NEEDLE SINGLE USE STERILE・NON-TOXIC・PYROGEN-FREE JAPAN サイズ:0.30×12mm LOT Y Y M M X X Y Y Y Y - M M 販売名:ディスポーザブルニードル (NO.30デントロニクス注射針) 製造販売業者:エア・ウォーター・リアライズ株式会社

●NO.32デントロニクス注射針

	表示サイズ	針基の色(カラーコーディング)	一次包装(個包装)の表示
変更前	0.26×12mm	 水色	DISPOSABLE NEEDLE SINGLE USE STERILE・NON-TOXIC・PYROGEN-FREE JAPAN NO.32 0.26×12mm LOT Y Y M M X X
変更後			DISPOSABLE NEEDLE SINGLE USE STERILE・NON-TOXIC・PYROGEN-FREE JAPAN サイズ:0.25×12mm LOT Y Y M M X X Y Y Y Y - M M 販売名:ディスポーザブルニードル (NO.32デントロニクス注射針) 製造販売業者:エア・ウォーター・リアライズ株式会社

※NO.32デントロニクス注射針に関しては、表示サイズ(公称外径)の変更により、外箱(100本入)の表示サイズも変更となります。

表示サイズ(公称外径)及び、針基の色は変更となりますが、実際の針外径や針長、形状は変更前と同一です。

改正JISでは針外径0.254~0.267mmの表示が0.25mmとなります。

3、適用ロット

NO.30デントロニクス注射針・・・250307より

NO.32デントロニクス注射針・・・250307より